

		<b>FICHA TÉCNICA</b>			<b>Versión: 0</b>
					<b>Fecha: Enero 1 de 2019</b>
					<b>Código: FT-GT-038</b>
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO:</b>	<b>WEDJETS</b>	<b>REF:</b>	<b>H06522 (small/pequeño)</b>	<b>NOMBRE GENERICO:</b>	<b>Hilo Estabilizador para aislamiento dental</b>
		<b>DATOS GENERALES:</b>			
		<b>PRESENTACION:</b>	<b>UNIDAD, CONTIENE: 7 ft. (2 m)</b>		
		<b>FABRICANTE:</b>	<b>COLTENE/ WHALEDENT INC U.S.A.</b>		
		<b>IMPORTADO POR:</b>	<b>ULTRADENTAL S.A.S. COTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA</b>		
		<b>REGISTRO SANITARIO:</b>	<b>INVIMA 2018DM-0019050</b>		
		<b>FECHA VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO:</b>	<b>17 de diciembre de 2028</b>		
		<b>CLASIFICACION DE RIESGO:</b>	<b>Ila</b>		
		<b>TIPO DE DISPOSITIVO:</b>	<b>INVASIVO</b>		
		<b>DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO:</b>			
<b>COMPOSICION:</b>	<b>CAUCHO DE LATEX NATURAL, CARBAMATO DE ZINC, DIBUTILO DITIOI, COLORANTES, PROTEINAS EXTRAIBLES.</b>				
<b>USOS:</b>	<b>MÉTODO ALTERNATIVO AL TRADICIONAL PARA SOSTENER LA TELA DE CAUCHO CON EL WETJETS EN CAMBIO DE LA GRAPA DENTAL, PARA EL AISLAMIENTO DENTAL DURANTE OPERACIONES DE RESTAURACION Y ENDODONCIA.</b>				
<b>CONTRAINDICACIONES:</b>	<b>Alergia a algún componente del producto.</b>				
<b>CARACTERISTICAS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evita la selección de una grapa dental. Elimina el trauma ocasionado por la grapa.</li> <li>• Se protegen los tejidos bucales y se disminuye el riesgo de que el paciente se trague algún instrumento.</li> <li>• Se reduce el riesgo de infección cruzada.</li> </ul>				
<b>APROBADO POR:</b>	<b>NOMBRE:</b>	<b>PATRICIA RESTREPO OCHOA</b>			
	<b>CARGO:</b>	<b>DIRECTORA TECNICA</b>			