



Ultradental

FICHA TÉCNICA

Versión: 0

Fecha: marzo 1 de 2022

Código: FT-GT-115

NOMBRE DEL PRODUCTO:	PARAPOST FIBER LUX	REF:	varias	NOMBRE GENERICO:	POSTES DE FIBRA DE VIDRIO
		DATOS GENERALES:			
		PRESENTACION:	VARIAS		
		FABRICANTE:	COLTENE/ WHALEDENT INC ESTADOS UNIDOS		
		IMPORTADO POR:	ULTRADENTAL S.A.S. COTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA		
		REGISTRO SANITARIO:	INVIMA 2016DM-0015668		
		FECHA VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO:	DICIEMBRE 19 DE 2026		
		CLASIFICACION DE RIESGO:	IIa		
		TIPO DE DISPOSITIVO:	INVASIVO		
DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO:					
COMPOSICION:	RESINA EPÓXICA, FIBRAS DE VIDRIO, CATALIZADOR DE PERÓXIDO, VIDRIO REFORZADO.				
USOS:	Los postes de endodoncia se emplean en piezas dentarias gravemente fracturadas para ayudar a retener y soportar una acumulación de material de restauración, que reemplaza la estructura faltante del diente antes de restaurarlos.				
MODO DE USO, LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN:	VER INSTRUCCIONES DE USO				
APROBADO POR:	NOMBRE:	PATRICIA RESTREPO OCHOA			
	CARGO:	DIRECTORA TECNICA			