
		FICHA TÉCNICA			Versión: 0		
					Fecha: Diciembre 1 de 2019		
					Código: FT-GT-043		
NOMBRE DEL PRODUCTO:	TENAX TITANIO	REF:	VIARIAS		NOMBRE GENERICO:	POSTES DE TITANIO	
				DATOS GENERALES:			
				PRESENTACION:		VIARIAS	
				FABRICANTE:		COLTENE/ WHALEDENT INC ESTADOS UNIDOS	
				IMPORTADO POR:		ULTRADENTAL S.A.S. COTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA	
				REGISTRO SANITARIO:		INVIMA 2016DM-0015666	
				FECHA VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO:		DICIEMBRE 18 DE 2026	
				CLASIFICACION DE RIESGO:		IIa	
				TIPO DE DISPOSITIVO:		INVASIVO	
DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO:							
COMPOSICION:		<p>LOS POSTES EN GENERAL ESTÁN DISPONIBLES EN DOS TIPOS, ACTIVO Y PASIVO. LOS POSTES ACTIVOS VIENEN ROSCADOS, USUALMENTE ESTÁN HECHOS DE ACERO INOXIDABLE, TITANIO O ALEACIÓN DE TITANIO Y PUEDEN TENER O NO UN DISEÑO DE DESFOGUE PARA EL ESCAPE DEL EXCESO DE CEMENTO DURANTE LA CEMENTACIÓN.</p> <p>LOS POSTES PASIVOS NORMALMENTE ESTÁN HECHOS DE ACERO INOXIDABLE, TITANIO, ALEACIÓN DE TITANIO, ALEACIÓN DE ORO, CERÁMICA, COMBINACIONES DE RESINA COMPUESTA/FIBRAS Y TODOS LOS DEMÁS MATERIALES QUE EXHIBAN LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y DE BIOCOMPATIBILIDAD DESEADAS.</p>					
USOS:		<p>LOS PERNOS Y POSTES DENTALES SON DISPOSITIVOS MÉDCOS QUE SE IMPLANTAN EN LOS DIENTES O PARA USO DE LABORATORIO PARA FINES DE RESTAURACIÓN DENTAL. EL PROCEDIMIENTO NORMAL REQUIERE QUE SE PERFORE UN AGUJERO EN EL TEJIDO DE UN DIENTE CON UN TALADRO INTRAORAL ANTES DE LA INSTALACIÓN.</p>					
MODO DE EMPLEO:		VER INSTRUCCIONES DE USO					
APROBADO POR:		NOMBRE:		PATRICIA RESTREPO OCHOA			
		CARGO:		DIRECTORATECNICA			